

Cuidados del infusor de quimioterapia

El **infusor** es un **dispositivo médico** indicado para la **administración continua** de una determinada dosis de fármaco a través del catéter implantable. Tiene una estructura externa blanda. La infusión es totalmente silenciosa, sin ruidos ni alarmas. Los infusores posibilitan la continuación de manera externa de los tratamientos, reduciendo así el tiempo de ingreso del paciente. Ofrecen a su vez una importante **movilidad al usuario**, quién puede recuperarse en su entorno familiar.

Recomendaciones:

- **Verifique** que la información registrada en el infusor coincida con sus datos personales de identificación.
- **Manténgalo** en el canguro que se entrega cuando se instala. Siempre de estar a la altura del acceso. El infusor no debe estar por debajo de su cintura.
- **No manipule** ninguna de sus partes.
- **Los clamps** siempre deben estar abiertos.
- **Cerciórese** de la hora de inicio y finalización de la infusión.
- **Asegurar** que la línea de administración del infusor, este libre de acodaduras o dobleces.
- **No duerma** sobre el lado en que se encuentra conectado el infusor. Manténgalo aproximadamente al mismo nivel del acceso.
- **No moje** el infusor ni su área de conexión. *(Proteger con una bolsa plástica)*
- **Verifique** permanentemente las líneas de progresión para garantizar que se está realizando la infusión.
- En caso de evidenciar salida de líquido, que el infusor se detuvo, que el volumen de la mezcla no va en disminución según la línea de progresión, o identifica cambios en las características del medicamento, enrojecimiento en el sitio del catéter, dolor o ardor, comuníquese de inmediato con el personal de enfermería de la sala de quimioterapia.
- **No exponer** el dispositivo a altas temperaturas.
- El infusor debe ser **protegido** de la luz solar directa, conservar a temperatura ambiente y/o menos de 38°C.

